

Mayers HTX

REF
01820
01820-EX

ANVÄNDNING

Mayers HTX är en färglösning avsedd att användas för färgning av histologiska och cytologiska humana vävnadsprover. Produkten är avsedd att användas av utbildad personal i laboratoriemiljö.

Mayers HTX är en färglösning som används för att visualisera cellkärnan i histologiskt och cytologiskt vävnadsmaterial. Mayers HTX används tillsammans med Eosin i den vanligaste översiktsfärgningen - Hematoxylin- och Eosinfärgning. Eosin färgar cytoplasma och andra vävnadselement i olika rosa nyanser. Hematoxylin färgar kärnan lila, efter blåning blir den blå vilket utgör en bättre kontrast till den cytoplasmatiske färgen. Intensiteten avgörs av färgningstiden.

Mayers HTX kan också användas också som kontrastfärgning efter immunohistokemi.

Histologiska och cytologiska färglösningar används för att visualisera olika komponenter i celler och vävnader. Utan infärgning är dessa i princip genomskinliga och svåra eller omöjliga att särskilja i ett mikroskop.

Hematoxylin är ett naturligt färgämne som måste oxidera till Hematein och kombineras med ett betningsmedel för att kunna färga in cellkärnan. Kombinationen med oxiderat Hematoxylin och Aluminiumsalt utgör en av de mest användbara kärnfärgningarna. Mayers HTX är kemiskt oxiderat och redo att användas och har just Aluminiumsalt som betningsmedel.

Mayers HTX är en progressiv färglösning vilket innebär att den har en relativt låg koncentration av färgämne och selektivt färgar in kärnans kromatin utan att färga cytoplasmatiske strukturer. Färgintensiteten avgörs av färgningstiden, färgningen avbryts när önskvärd intensitet uppnås.

Efter färgning i Mayers HTX är kärnan lilafärgad. En blåaktig färg ger bättre kontrast till de cytoplasmatiske färgerna som ofta är röda. En mer blå infärgning fås genom så kallad blåning då snitten sköljs i kranvatten (eller doppas i svagt alkalisk lösning) varvid cellkärnorna skiftar färg åt det blåare hållet. Cellkärnorna syns efter detta klara och väl definierade medan bakgrunden är färglös.

Färgningen med Mayers HTX kan anpassas beroende på användaren och protokollet kan modifieras för att ge den intensitet och specificitet som önskas. Under och överfärgning kan rättas till genom att justera protokollet. Alla justeringar av protokollet skall göras av utbildad personal.

SPECIFIKATION

Sammansättning

Aluminiumsulfat 14H₂O 5-10 %
Etanol <6 %
Hematoxylin <1 %

Egenskaper

pH 2,4 ± 0,02

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förvaring och hållbarhet

Skyddas mot direkt solljus. Förvaras svalt. Förvaras i tätsluten originalförpackning. Förvaras torrt.

Öppnad förpackning är hållbar i 18 månader från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns tryckt på förpackningens etikett.

Varningar/försiktighetsåtgärder för säker hantering

Klassificerings- och märkningsinformation i enlighet med EG nr 1272/2008 (CLP) finns på produktens etikett och/eller säkerhetsdatablad.

Använd skyddshandskar, produkten färgar. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Undvik kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation.

Avfallshantering

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Se säkerhetsdatablad för mer information.

Provmaterial

De olika typer av prover som kan färgas är allt välfixerat vävnadsmaterial, både histologiskt, cytologiskt och immunohistokemiskt.

Även fryssnittat, paraffinsnittat eller plastsnittat kan analyseras.

Förberedelser

Notera att adekvat fixering och dehydrering är viktigt för att uppnå tillförlitligt resultat. Olika typer av klarningsmedel/clearingmedel (t.ex. Xylen eller HistoLab Clear) kan påverka infärgningen. Vävnadstyp och tjocklek kan också påverka resultatet.

Lösningen behöver inte filtreras.

Instruktion

Exempel protokoll Mayers HTX – Eosin Y 0,2 %:

Objektglas med paraffinsnitt	
Torkning i värmeugn 60°	20-30 min
Histolab Clear (Xylen)	2-5 min
Histolab Clear (Xylen)	2-5 min
Histolab Clear (Xylen)	2-5 min
Absolut Etanol	2-5 min
Absolut Etanol	2-5 min
Etanol 96 %	2-5 min
Etanol 70 %	2-5 min
Vatten (dest)	1-5 min
Mayers HTX	3-6 min
Vatten (kran)	4-6 min
Eosin Y 0,2 %	30 sek-3 min
Vatten (kran)	30 sek
Etanol 96 %	1 min
Absolut Etanol	1 min
Absolut Etanol	1 min
Histolab Clear (Xylen)	2 min
Histolab Clear (Xylen)	2 min
Montera med Pertex [®]	

Låt objektglaset droppa av ordentligt mellan varje steg för att undvika överföring mellan lösningarna. Låt HistoLab Clear torka/dunsta något innan montering av täckglaset med Pertex[®]. Montering med Pertex[®] ger bestående färg, form och struktur hos vävnaden vid långvarig förvaring.

Protokollet bör modifieras och valideras av utbildad personal efter laboratoriets rutiner för önskat resultat.

Förväntat resultat, Mayer HTX - Eosin Y 0,2 %

Kärnor - blå
Kollagen - rosa
Glattmuskulatur - ljusrosa
Keratin - ljusrosa
Fibrin - ljusrosa
Erytrocyter - röd-orange



YTTERLIGARE INFORMATION

Kontrollglas bör alltid användas.

Material som behövs för protokollet men som inte erhålls:

Histolab Clear
Absolut Etanol
Etanol 96 %
Etanol 70 %
Eosin Y 0,2 % färglösning
Pertex®
Objektglas
Täckglas

Använd utrustning och reagens som lämpar sig.

Vid färgning i instrument – följ bruksanvisningen som medföljer instrumentet.

Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren.

VERSIONSHISTORIK


Ändringar sedan förra versionen:

Egenskaper
Justeringar till följd av förändrad kvalificering med hänvisning till MDCG 2024-11 Guidance on qualification of in vitro diagnostic medical devices

KÄLLOR

Theory and Practice of Histotechnology, second edition, Sheehan, Hrapchak
Histology - A Self Instructional Text, Carson
Theory and Practice of Histotechnology, 3rd edition, Bancroft, Stevens

Version / datum: v4-2026-04

				
Catalog No.	Batch No.	Use By	Consult Instructions for Use	Manufacturer

Histolab Products AB



Södra Långebergsgatan 36
SE-436 32 Askim, Sweden
Tel: +46 31 709 30 30
mail@histolab.se
www.histolab.se